

Abrégé

**Technique
d'inhalation
du 714X**

Centre Expérimental de Recherches Biologiques de l'Estrie Inc.

Téléphone : **819 564-7883**, sans frais : **1 866 524-0758**


Courriel : **info@cerbe.com**

Site Web : **www.cerbe.com**

Le guide de l'utilisateur vous sera fourni par le fabricant à l'achat du produit 714X.

Ce guide détaillé est un outil informatif et d'accompagnement permettant d'administrer le produit de façon sécuritaire.

La technique d'inhalation y sera décrite étape par étape.



Le présent document se veut un abrégé des principales étapes de la technique d'inhalation. Il ne doit, en aucun temps, remplacer le guide de l'utilisateur qui demeure la seule référence avant de commencer l'administration du 714X.

ABRÉGÉ DES ÉTAPES

DE LA TECHNIQUE D'INHALATION DU 714X

ÉTAPE 1 :

Rassembler le matériel requis selon les instructions fournies par le fabricant.

Matériel :

- ☐ Une table propre, solide et stable, située à proximité d'une prise électrique, ainsi qu'une chaise confortable
- ☐ Un nébuliseur ultrasonique. Cet appareil s'achète ou se loue dans les boutiques spécialisées d'équipement médical.
- ☐ Une boîte de sept ampoules unidoses (2 ml) de 714X pour inhalation
- ☐ De l'eau distillée embouteillée pour le bon fonctionnement du nébuliseur (optionnel selon le modèle)
- ☐ De l'alcool à 94 % (équivalant à l'**alcool éthylique** qu'on se procure dans les boutiques de vente de spiritueux)
- ☐ Une boîte de papiers-mouchoirs ou des essuie-tout
- ☐ Un contenant à déchets biomédicaux disponible en pharmacie



ÉTAPE 2 :

Se laver les mains. Désinfecter l'embout du nébuliseur.




ÉTAPE 3 :

Remplir le nébuliseur avec de l'eau distillée.



ÉTAPE 4 :

1- Insérer la coupole; 2- Verser le produit dans la coupole; 3- Replacer la tête du nébuliseur.



ÉTAPE 5 :

Inhaler le produit selon les instructions détaillées du fabricant.



ÉTAPE 6 :

Nettoyer l'appareil et le ranger adéquatement.

